Centrum Rehabilitacji
im. Prof. Mieczysława Walczaka

64 – 113 Osieczna, ul. Zamkowa 2
Tel.: /065/ 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49
NIP: 697 – 18 – 85 – 702 REGON: 410386551
www.osieczna.com.pl; e-mail: rehabilitacja@osieczna.com.pl

Osieczna, 19.10.2026 r.

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

Do wszystkich Wykonawców

Znak sprawy: 8/2026

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający w nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2026/BZP 00481840/01 z dnia 2026-10-12 r., postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie w podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. 2026.793); działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2026.793), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi tych zapytań:

Pytanie nr 1
Dotyczy: Prysznicowy aplikator laserowy
Aplikator laserowy sam w sobie nie posiada programów, ani sekwencji. Czy w związku z tym zamawiający dopuści fakt, że dla podanego aplikatora podczas współpracy z aparatem 701C dostępne są 54 programy dla aplikatora prysznicowego?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prysznicowego aplikatora laserowego, dla którego podczas współpracy z aparatem do terapii kombinowanej dostępne są 54 programy zabiegowe zamiast wskazanych w OPZ 55 sekwencji zabiegowych. Warunkiem dopuszczenia jest zachowanie pozostałych wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz pełnej kompatybilności aplikatora z oferowanym aparatem.

Pytanie nr 2
Dotyczy: Aparat do terapii kombinowanej
Czy zamawiający dopuści pracę na akumulatorze do 5,5 h? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do terapii kombinowanej wyposażonego w akumulator umożliwiający pracę przez minimum 5,5 godziny bez konieczności podłączenia do zewnętrznego źródła zasilania. Pozostałe wymagania techniczne i funkcjonalne określone w OPZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Aparat do terapii kombinowanej
W cechach charakterystycznych zamawiający podaje następujące wyposażenie, oprócz standardowego opisanego powyżej.

elektrody samoprzylepne 4 x 4 cm, 5 x 9 cm
elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
głowica 1/3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem
głowica 1 MHz, 4 cm2 z uchwytem 1 szt.
sonda punktowa R 660 nm/ 80 mW z uchwytem
sonda IR 400 mW/ 808 nm 1 szt.
aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem
aplikator prysznicowy CL 1800 R 5 x 40 mW i IP 4 x 400 mW z uchwytem
statyw do aplikatora prysznicowego
światłowód prosty Ø 6 mm
światłowód kątowy 45° Ø 6 mm
światłowód kątowy 45° Ø 6 mm zwężany do laseropunktury
okulary ochronne do laseroterapii

- Ile sztuk z powyższych akcesoriów zamawiający chce zamówić?
- Czy zamawiający zamierza zamówić wszystkie z powyższych?
- Czy zamawiający chce zamówić aplikator prysznicowy i głowice ultradźwiękowe, pomimo, że zamawia je osobno w poz. 2 i 4?
- Czy zamawiający dopuści: elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm, 5 x 10 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk aparatów do terapii kombinowanej, przy czym każdy aparat musi stanowić kompletny i niezależny zestaw terapeutyczny, wyposażony we wszystkie elementy wyposażenia standardowego oraz akcesoria dodatkowe wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby każdy z dwóch aparatów posiadał własny, kompletny zestaw wyposażenia, umożliwiający niezależną realizację wszystkich przewidzianych funkcji terapeutycznych.
Oznacza to, że wszystkie rodzaje akcesoriów wymienione w OPZ jako wyposażenie aparatu do terapii kombinowanej należy dostarczyć oddzielnie dla każdego z dwóch urządzeń, w liczbie po jednej sztuce lub jednym komplecie każdego rodzaju, chyba że OPZ wskazuje inną ilość.
Zamawiający potwierdza, że każdy aparat musi posiadać własny prysznicowy aplikator laserowy oraz własną głowicę do terapii ultradźwiękowej. Elementy te zostały **dodatkowo** wyszczególnione w pozycjach nr **2 i 4 tabeli zakresu dostawy**. Łączna wymagana ilość wynosi zatem 2 sztuki prysznicowych aplikatorów laserowych oraz 2 sztuki głowic do terapii ultradźwiękowej, przypisanych po jednej sztuce do każdego aparatu. Nie wymaga się dostarczenia dodatkowych egzemplarzy tych elementów ponad wskazane ilości.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie elektrod samoprzylepnych o wymiarach 5 × 5 cm oraz 5 × 10 cm zamiast wskazanych w OPZ elektrod o wymiarach 4 × 4 cm oraz 5 × 9 cm.

Pytanie nr 4
Dotyczy: aparat do terapii podciśnieniem
Czy zamawiający dopuści wymiary 322mm x 234mm x 130mm oraz zakres ciśnienia: 12-60 kPa?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu do terapii podciśnieniem o wymiarach 322 × 234 × 130 mm oraz zakresie regulacji podciśnienia od 12 do 60 kPa, pod warunkiem, że zmieści się on na stoliku wskazanym w poz. 5

Dopuszczenie powyższych parametrów nie zwalnia wykonawcy z obowiązku zapewnienia pozostałych funkcji i właściwości określonych w OPZ, w szczególności kompatybilności urządzenia z oferowanym systemem terapeutycznym.

Pytanie nr 5
Dotyczy: Podnośnik mobilny pacjenta
Zamawiający opisał podnośnik ze wszystkimi dostępnymi rodzajami zawiesi. Proces technologiczny zakłada wybór konkretnego zawiesia i jego stały montaż (klejenie gwintu). W związku z tym uprzejmie prosimy o wybór konkretnego rodzaju zawiesia sporód dostępnych:

- **2P35** – stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm,
- **2P45** – stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm,
- **2P60** - stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm,
- **4 PSB** - stałe, 4-punktowe,
- **4 MSB** - manualne, 4-punktowe,
- **4ESB-S** - elektryczne, 4 punktowe (**obciążenie 120 kg**).

Dodatkowo proszę mieć na uwadze, że
- Poniższe są kompatybilne z podwieszkami mocowanymi na pętle:

- **2P35** – stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm,
- **2P45** – stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm,
- **2P60** - stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm,
- **4 PSB** - stałe, 4-punktowe,

- Poniższe są kompatybilne z podwieszkami mocowanymi na klipsy:

- **4 MSB** - manualne, 4-punktowe,
- **4ESB-S** - elektryczne, 4 punktowe (**obciążenie 120 kg**).

Prosimy o doprecyzowanie, które zawiesie zamawiający zamierza zamówić oraz jakie kompatybilne podwieszki zamawiający zamierza zakupić?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający doprecyzowuje wymagania dotyczące podnośników mobilnych pacjenta.
Przedmiotem zamówienia pozostaje dostawa **2 sztuk podnośników mobilnych pacjenta**, z których każdy musi być wyposażony w zawiesie stałe, dwupunktowe typu 2P60, o długości 60 cm, przystosowane do współpracy z podwieszkami mocowanymi na pętle.
Zamawiający wymaga, aby każdy z dwóch podnośników został dostarczony z indywidualnym, kompletnym zestawem kompatybilnych podwieszek w rozmiarze L.
W skład zestawu dla każdego podnośnika muszą wchodzić:

1. Podwieszka transportowa z wyścielaniem, rolką pachwinową i pasem biodrowym – 1 sztuka.
2. Podwieszka toaletowa ze średnim podparciem pleców – 1 sztuka.
3. Podwieszka toaletowa z wysokim podparciem pleców – 1 sztuka.
4. Pozostałe rodzaje podwieszek przeznaczonych przez producenta do współpracy z zawiesiem 2P60, o ile są dostępne i kompatybilne z oferowanym urządzeniem – po 1 sztuce każdego rodzaju.

Wszystkie oferowane podwieszki muszą być przeznaczone do mocowania na pętle oraz dopuszczone przez producenta do bezpiecznej współpracy z zawiesiem dwupunktowym 2P60.

Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowych zawiesi konstrukcyjnych typu 2P35, 2P45, 4PSB, 4MSB ani 4ESB-S.
Każdy podnośnik musi stanowić kompletny i niezależny zestaw, gotowy do bezpiecznego użytkowania wraz z dostarczonymi podwieszkami. Pozostałe wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące podnośników pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6
Dotyczy: elektroniczna wielofunkcyjna waga medyczna z podestem, poręczami i wzrostomierzem
Czy zamawiający dopuści wagę bez funkcjonalności wydruku? Gdy waga podłączona jest do drukarki, czas ważenia i waga pacjenta rejestrowane są przez moduł czasowy i razem z wynikiem podane są automatycznie na wydruku – aktualna wersja wagi nie posiada już opisanej funkcji

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektronicznej wielofunkcyjnej wagi medycznej bez funkcji automatycznego wydruku wyników ważenia.
Zamawiający wyjaśnia, że możliwość wydruku wyniku pomiaru nie stanowi wymagania obligatoryjnego, a jej brak nie będzie stanowił podstawy do uznania oferowanego urządzenia za niezgodne z OPZ.
Pozostałe wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące wagi pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7
Dotyczy: elektroniczna wielofunkcyjna waga medyczna z podestem, poręczami i wzrostomierzem
Uprzejmie prosimy o korektę zapisu podziałki na prawidłową: Podziałka (g):100 g < 200 kg > 200 g

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje doprecyzowania zapisu dotyczącego podziałki elektronicznej wielofunkcyjnej wagi medycznej.
Wymagana podziałka wynosi:
- 100 g dla pomiarów do 200 kg,
- 200 g dla pomiarów powyżej 200 kg.

Powyższe doprecyzowanie zastępuje dotychczasowy zapis dotyczący podziałki wagi w OPZ.

Pytanie nr 8
Dotyczy: elektroniczna wielofunkcyjna waga medyczna z podestem, poręczami i wzrostomierzem
Wymiary (szer. x wys. x gł.) [mm]: 640 x 1.150 x 650 – W związku z niewielkimi różnicami wymiarów w różnych prospektach producenta uprzejmie prosimy o tolerancję 10% do podanych wymiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów zewnętrznych elektronicznej wielofunkcyjnej wagi medycznej w zakresie ±10% względem wymiarów wskazanych w OPZ, tj. 640 × 1150 × 650 mm.
Warunkiem dopuszczenia urządzenia o innych wymiarach jest zachowanie pozostałych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, w szczególności wymaganej nośności, stabilności konstrukcji i bezpieczeństwa pacjentów.

Pytanie nr 9
Dotyczy: Czas realizacji. Czy zamawiający dopuści czas realizacji do 6 tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia na 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, jeżeli skutkowałoby to przekroczeniem terminu określonego w SWZ.
Zamawiający podtrzymuje termin wykonania całego przedmiotu zamówienia do dnia **30 listopada 2026 r.**
Termin ten obejmuje dostawę wszystkich urządzeń i akcesoriów, wniesienie, montaż, instalację, uruchomienie, konfigurację, przeprowadzenie wymaganych szkoleń oraz przekazanie dokumentacji i dokonanie odbioru końcowego.
Utrzymanie terminu wynika z konieczności terminowego wykorzystania i rozliczenia środków finansowych przyznanych Zamawiającemu w ramach dofinansowania. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część dokumentacji postępowania i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienia zamieszczono na stronie Zamawiającego dnia 19.10.2026 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Anna Niedźwiecka
Data: 2026.10.19 10:26:38 CEST